

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia : **dostawa echokardiografu**

I. W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1.

dot. pkt. I 9.9 SIWZ - Prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty instrukcji obsługi w języku polskim na płycie CD wraz z oświadczeniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji w języku polskim w wersji papierowej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia (po ewentualnej wygranej w niniejszym przetargu) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ? Pragniemy nadmienić, że dokument ten jest dość obszerny (ponad 600 stron) i załączenie go do oferty w formie papierowej jest utrudnieniem dla zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści na dołączenie do oferty instrukcji obsługi na płycie CD wraz z oświadczeniem o posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim

Pytanie 2.

dot. artykułu 5 pkt. 4 Umowy – Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów niniejszego punktu umowy zgodnie z zapisami w pkt. 73 zał. nr 2 do SIWZ i proponujemy „Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni bez wymiany części i 14 dni z wymianą części, licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce”.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 3.

dot. artykułu 7 pkt. 1 i 3 Umowy - Prosimy o zmianę zapisu niniejszego punktu i obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowego wykonania umowy i za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Określenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jest wartością przewyższającą standardową wysokość kary umownej

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:**Dotyczy projekt umowy**

art. 5 pkt. 4 - Projektu Umowy otrzymuje brzmienie

„Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni bez wymiany części i 14 dni z wymianą części, licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce”

art. 7 pkt. 3 - Projektu Umowy otrzymuje brzmienie

„W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy”

ZAMAWIAJĄCY