

Formularz cenowy

Załącznik nr. 2 do SIWZ

Część nr 10 - DERMATON AKUMULATOROWY Z SIATKOWNICĄ

Lp.	Nazwa towaru	Producent model/typ	Ilość Szt.	Cena jedn. netto	Stawka Vat	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	Dermaton akumulatorowy z siatkownicą		1						
	RAZEM								

_____, dnia _____ r.

pieczęć imienna, podpis osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr. 3 do SIWZ

DERMATON AKUMULATOROWY Z SIATKOWNICĄ

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Lp.	Parametry	Wartość wymagana/oceniana	Wartość oferowana
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.	TAK	
2.	Dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner	TAK	
3.	Tytanowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych	TAK	
4.	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min 200W	= 200W – 0 pkt. > 200 W – 10 pkt.	
5.	Oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści	TAK	
6.	Szerokość cięcia regulowana w zakresie min. od 9 mm do 77mm	= 9 mm – 77 mm – 0 pkt. > 9 mm – 77 mm – 10 pkt.	
7.	Grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm	TAK	
8.	Ostrza mocowane beznarzędziowo	TAK	
9.	Akumulator (2szt) ze zintegrowaną elektroniką sterującą o pojemności min. 1Ah	pojemność 1Ah – 0 pkt. pojemność większa niż 1Ah – 10 pkt.	
10.	Możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	TAK	
11.	Zestaw do sterylnej wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) – 2 szt.	TAK	
12.	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator	TAK	
13.	Możliwość zasilania z sieci elektrycznej	TAK	
14.	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem	TAK	
15.	Skok ostrza max. 3,1 mm (+/- 0,2 mm)	TAK	
16.	Ładowarka elektroniczna, uniwersalna - cztery gniazda - wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe - system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów - wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> - proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, - -optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów - możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń - przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro 		
17.	Kosz stalowy do dermatomu, perforowany z uchwytem napędu, uchwytem pokrywy akumulatora, uchwytem lejka do sterylnego zakładania akumulatora – 1 szt.	TAK	
18.	Wanna i pokrywa kontenera do sterylizacji – 2 szt. <ul style="list-style-type: none"> - pokrywa kontenera ¾ niebieska - wykonana z aluminium o gr. 2 mm - filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. - wanna kontenera 3/4 - wymiary zewnętrzne 470/274/135 mm - rączki blokowane pod kątem 90° 	TAK	
19.	Kosz stalowy do siatkownicy – 1 szt. <ul style="list-style-type: none"> - rączki blokowane pod kątem 90° - uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką, walca tnącego 	TAK	
20.	siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z trzema różnymi matrycami - walec tnący w zestawie - możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego - korba z grzechotką w zestawie - regulacja siły dosicku walca do matrycy - śruba mikrometryczna - wymiary 150x195x105 mm - waga 4600 g 	TAK	
21.	Gwarancja min. 24 miesiące, max. 36 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.	24 miesiące- 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt	
22.	Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	
23.	Udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia	TAK	
24.	Autoryzowany serwis producenta prowadzi: (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe, adres)	TAK	
25.	Oferent zobowiązuje się w ostatnim dniu gwarancji dostarczyć wszystkie hasła oraz kody serwisowe umożliwiające serwis pogwarancyjny dowolnie wybrany przez	TAK	

	zamawiającego (jeżeli dotyczy)		
26.	Instrukcja pisemna w języku polskim	TAK	

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2. Parametry, których wartość liczbową określona jest w rubryce „parametr”, „wartość wymagana/oceniana” lub, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta
4. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie **wartość oferowana** do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) **z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.**

_____, dnia _____ r.

pieczęć imienna, podpis osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy